BayPort™

Opslagoplossing
Gebruikershandleiding

BFW™
www.bfwinc.com

Long Island
Technology
Group

Inhoudstafel

Omschrijving van de symbolen 2
Waarschuwingen en voorzorgen 3
Beoogd gebruik 3
Oneigenlijk gebruik 3
Overzicht 4
Systeembeschrijving 4
Installatie 5
Werking 9
Reiniging en onderhoud 11
Opslageenheid 11
Specificaties 12
Probleemoplossing en service 13

Omschrijving van de symbolen

Deze belangrijke symbolen verschijnen mogelijk op uw Long Island Technology Group BayPort™. Neem goed kennis van hun betekenis.

De CE-conformiteitsmarkering geeft aan dat dit apparaat voldoet aan Europese Richtlijn 93/42 EC betreffende medische hulpmiddelen en Richtlijn 2002/95/EC betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.



Verdere informatie over dit product vindt u in deze gebruikershandleiding.

Waarschuwingen en voorzorgen

De gebruikers van dit product moeten grondig opgeleid zijn voor de toepasselijke medische procedures. Zij moeten ook de gebruikershandleiding voor dit product en alle materiaal dat daarbij gebruikt wordt, lezen en begrijpen.

U dient de gebruikershandleiding te lezen en te begrijpen voor u de eenheid gebruikt.

Gebruik de BayPort ™-opslagoplossing uitsluitend met producten of accessoires van BFW™/Long Island Technology Group™.

Onderwerp de BayPort™-opslagoplossing **NIET** aan hevige schokken waaronder, maar niet beperkt tot, het laten vallen van de eenheid op de grond.

Gebruik deze eenheid **NIET** voor andere doeleinden dan het beoogde gebruik.

Wijzig dit apparaat **NIET** .

Open de eenheid **NIET.** Het apparaat bevat geen onderdelen die hersteld kunnen worden.

Gebruik **GEEN** overmatige kracht om de hangers te forceren.

Monteer de eenheid op een zichtbare locatie.

WAARSCHUWING Valgevaar: zit of sta niet onder de eenheid wanneer ze wordt gemonteerd.

Gebruik **GEEN** niet-goedgekeurde montageschema's.

Beoogd gebruik

De BFW™ BayPort™-opslagoplossing is uitsluitend bedoeld om BFW™-hoofdlampsystemen te monteren op BFW™-hoofdbanden. De bijikomende opslag is bedoeld om vervangkussentjes voor hoofdbanden in te bewaren.

Overzicht

Systeembeschrijving

De BFW™ BayPort™-opslagoplossing is gemaakt van een duurzame metalen behuizing. Met de hangers kunnen tot twee BFW™-hoofdlampsystemen gemakkelijk worden bewaard. Bijkomende opslagruimte wordt verstrekt via het zakje in het midden.

Er zijn meerdere montageoplossingen beschikbaar, zoals een op de muur gemonteerde en een mobiele configuratie.

Installatie

Montage op de muur

1. Volg de GCX-instructies om de rail op de muur te monteren.

OPGELET: maak de indrukbare kanaalstop die bij de GCX Rail geleverd is, niet vast

2. De aanpasbare stop kan worden verplaatst door de stelschroef los te maken met behulp van een 1/8” zeskantige schroevendraaier.

Installatie

3. Controleer of de vier schroeven om de rail te vergrendelen voorzien zijn van een schroefdraad zoals hieronder getoond. Als de schroefdraad van de schroeven te ver gaat, dan glijdt de schroef niet in de rail.



4. Schuif de eenheid op de rail. Het middelste blok past in het middelste kanaal van de rail.

Installatie

5. Draai de vier schroeven gelijkmatig aan om de rail vast te zetten.



6. Bevestig de haken aan een van beide reeksen montagegaten met de langste haak bovenaan.
   De bijkomende reeks montagegaten kan worden gebruikt als de haak te los komt te zitten.



Werking

Hoofdlampen monteren

1. Verwijder eventuele accu's uit de holster.
2. Maak de hoofdlamp los van de holster.
3. Plaats de holster op de onderste haak via het toegangsluik onderaan de holster.

4. Plaats de hoofdband op de bovenste haak via de achterste beugel.

Werking

5. Wikkel de kabel van de hoofdlamp rond de haak achter de hoofdband.

6. Tot twee hoofdlampen kunnen tegelijk worden gemonteerd.

Reiniging en onderhoud

Opslageenheid

1. Maak de BayPort™-opslagoplossing schoon met om het even welk reinigingsdoekje.
2. Gebruik een spuitbus met perslucht om stofophopingen te verwijderen.

Gebruik **GEEN** sterilisatie- of reinigingsproces waarbij gebruik wordt gemaakt van zeer hoge temperaturen of vochtigheid. Dit zal het apparaat beschadigen.

Opmerking: beschadiging van onderdelen van het apparaat door het gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen of -processen doet het recht op alle garanties vervallen.

Specificaties

Mechanisch	
Opslagoplossing	
LxBxH	19,25” x 8,25” x 2,5”
Gewicht	8,8 pond

Probleemoplossing en service

Symptoom	Mogelijk probleem	Oplossing
Eenheid is wankel	Schroeven om de rail vast te zetten zitten los	Draai de schroeven aan en zet de rail vast
	GCX-rail zit los	Zie montagehandleiding GCX
Hanger uitgetrokken	Montagegaten voor haken zijn kaal	Gebruik bijkomende montagegaten
Te laag/hoog	Aanpasbare stop te laag/hoog	Verplaats aanpasbare stop
	Aanpasbare stop niet geïnstalleerd	Installeer aanpasbare stop

Garantie en service

Garantie tegen fabricagegebreken is van toepassing op de volgende onderdelen van de BayPort™-opslagoplossing bij normaal gebruik gedurende één (1) jaar vanaf de datum van verkoop door Long Island Technology Group (waaronder onderdelen en werkuren).

De garantie is niet geldig voor producten die beschadigd zijn ten gevolge van:

- Ongevallen, verkeerd gebruik, misbruik of wijziging
- Onderhoud door onbevoegde personen
- Gebruik met niet-erkende accessoires

Long Island Technology Group behoudt zich in alle gevallen het recht voor de oorzaak van het slecht functioneren vast te stellen en naar eigen oordeel te bepalen of de schade en/of herstellingen gedekt zijn door deze garantie.

Gelieve zich voor verdere informatie te wenden tot:
Long Island Technology Group, LLC
60 Carolyn Blvd
Farmingdale, New York 11735
VS
www.litgp.com
support@litgp.com
Tel: (631)-270-4463
Fax: (631)-414-7078

EC REP

Obelis n.v.
Generaal Wahislaan 53
1030 Brussel, België
Tel: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03
E-mail: mail@obelis.net

Scan hier om alle hand-leidingen van de Long island Technology Group™ te zien

Of kijk op http://www.litgp.com/manuals

Breekbare inhoud.
Voorzichtig behandelen.

CE

BFW™
www.bfwinc.com

Aangedreven door
Long Island Technology Group

60 Carolyn Blvd, Farmingdale NY 11735
(631) 270-4463 litgp.com

Vervaardigd door Long Island Technology Group, LLC
60 Carolyn Blvd, Farmingdale, NY 11735

Herziening 1.1 30/9/2019